



Warszawa, dnia 13.05.2013 r.

ZNS.9022.6.00115.2013.AW

SW 15455/2013

Mazowieckie Specjalistyczne
Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków

J. E. Jankowski
L. Rudzka
dn. 16.05.2013

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 180, poz. 1325) oraz art. 3 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, po zapoznaniu się z dokumentacją złożoną przy piśmie z dnia 18.04.2013 r., przez Panią Lidę Rudzką Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,

z a t w i e r d z a

projekt ochrony radiologicznej, obliczenia osłon stałych dla dwóch gabinetów rentgenowskich Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Tworzkowskiego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia, Pruszków, ul. Partyzantów 2/4 (paw. VII), w których stosowane będą tomograf komputerowy i aparat do grafii, pod warunkiem:

- zapewnienia w ww. gabinetach właściwej wymiany powietrza.

Niniejsza opinia dotyczy wyłącznie zatwierdzenia projektu ochrony radiologicznej, na którym znajduje się klauzula zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i nie jest ona tożsama z uzgodnieniem dokumentacji projektowej ww. gabinetów, pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Uwaga:

egz. projektu ochrony radiologicznej
pozostawiono w aktach WSSE.

Otrzymuje:

1. Adresat + 1 egz. projektu ochrony radiologicznej
2. a/a

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Warszawie
Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn

20 MAJ 2013
dn. 20-530-1692/13

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
SEKRETARIAT