

Pytanie 4 dot. Pakietu nr 3 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętów medycznych, z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc (M.Terrae), F, V (HIV, HBV, HCV): stężenie 0,25 % - 15 min. Preparat przebadany wg norm europejskich dla obszaru medycznego w zakresie działania bakteriobójczego (PN EN 13727 ,14561), grzybobójczego (PN EN 13624 ,14562) i prątkobójczego (PN EN 14348), wyrób medyczny kl. IIa, w opakowaniach 5kg

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5 dot. Pakietu nr 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, wrażliwego na działanie alkoholi, np. głowic USG, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholu, fenolu i aldehydów. Bezbarwny. Spektrum działania: B, F, V w czasie do 1 min., Tbc do 15 min., pH ok. 7,0. Wyrób medyczny kl. IIa. w opakowaniach 1l ze spryskiwaczem.

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Lidia Rudzka

Rede.
AM 6h