

ZAPYTANIE OFERTOWE

**w ramach zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych,
których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł**

1. Zamawiający: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia: Zakup aparatu do znieczulenia.

Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i rozruch aparatu do znieczulania wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Specyfikacji parametrów technicznych aparatu do znieczulania/Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz w projekcie umowy – Załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego.

3. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zp@mscz.pl.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dn. 05.05.2022 r. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął po terminie składania wniosku albo dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

W celu potwierdzenia ww. warunku Zamawiający żąda od wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) zdolności technicznych lub zawodowych

W celu potwierdzenia ww. warunku Zamawiający żąda wykazu minimum 1 dostawy aparatu do znieczulania, o wartości minimum 120.000,00 zł brutto, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodu określającego, czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o którym mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana.

6. Kryteria oceny ofert:

1) **cena /koszt/ – 70%**

Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium „cena”:

$$C = \frac{C_{\text{MIN}}}{C_{\text{B}}} \times 70 \text{ pkt}$$

C – wartość punktowa w kryterium „cena”

C_{MIN} – cena najniższa spośród złożonych ofert

C_{B} – cena badanej oferty

2) **skrócenie terminu realizacji zamówienia – 10%**

Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia”:

M. Kucharski
Luży

- a) w przypadku zaoferowania terminu dostawy 30 dni od dnia zawarcia umowy – wykonawca otrzyma 0 pkt
b) w przypadku zaoferowania terminu dostawy 14 dni od dnia zawarcia umowy – wykonawca otrzyma 10 pkt
T – wartość punktowa w kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia”

3) wydłużenie okresu gwarancji – 20%

Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji”:

- a) w przypadku zaoferowania terminu gwarancji 12 m-cy – wykonawca otrzyma 0 pkt
b) w przypadku zaoferowania terminu gwarancji 24 m-ce – wykonawca otrzyma 10 pkt
c) w przypadku zaoferowania terminu gwarancji 36 m-cy – wykonawca otrzyma 20 pkt
G – wartość punktowa w kryterium „wydłużenie okresu gwarancji”

4) ocena końcowa oferty: C + T + G

- Zamawiający wybierze wykonawcę, który uzyska największą zsumowaną liczbę punktów w trzech kategoriach;
- obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Oferta powinna zawierać:

- 1) wypełniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego;
 - 2) wypełnioną Specyfikację parametrów technicznych aparatu do znieczulania/Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
 - 3) zaakceptowany oraz parafowany Projekt Umowy – Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
 - 4) wypełniony Wykaz dostaw – Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego;
 - 5) dokumenty wymienione w pkt. 5 ppkt 1-2.
- 8. Sposób przygotowania oferty:** ofertę z podaniem ceny w PLN (z VAT) należy sporządzić w języku polskim, w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Zapytanie Ofertowe – nr postępowania ZO/DB/16/2022”.

9. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 10.05.2022 r. do godziny 10:00:

- pisemnie na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4, Kancelaria (budynek Dyrekcji, hol główny, parter);
- drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@mscz.pl.

DYREKTOR

Wojciech Nowak

Podpis Dyrektora

Handwritten signatures in the bottom left corner.

..... dn. r.

Zamawiający:
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

FORMULARZ OFERTY

Ja (my),

Imiona i nazwiska osób reprezentujących Wykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

Rodzaj informacji	Dane Wykonawcy
Pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko Wykonawcy	
REGON	
NIP	
Adres siedziby Wykonawcy nr telefonu adres e-mail	

- Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego, którego przedmiotem jest **zakup aparatu do znieczulenia**, oświadczamy, że oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i postanowieniami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami, **za całkowitą cenę brutto (z podatkiem VAT):** zł
(słownie:), w tym:
wartość netto: zł
podatek VAT (.....%): zł
- Termin realizacji zamówienia (KRYTERIUM OCENY): 14 / 30 *)** (słownie:)
- Gwarancja (KRYTERIUM OCENY): 12 / 24 / 36 m-cy *)** (słownie:)
- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
- Zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach w niej zawartych, w miejscu oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
.....

Alb... *...*

osoba do kontaktu:

e-mail: tel.

7. Informacje do zawarcia umowy, w przypadku dokonania wyboru naszej oferty:

osoba upoważniona do podpisania umowy:

osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym, w sprawach dotyczących realizacji umowy:
.....

e-mail: tel.

(podpis i pieczęć Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela)

*) *niepotrzebne skreślić*

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

- 1) Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków.
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@mscz.pl.
- 3) Administrator przetwarza dane osobowe w trybie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego (nr ZO/DB/16/2022), zawarciem umowy oraz dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z postępowaniem.
- 4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów, dla których zostały pozyskane, wskazanych w pkt. 2, a następnie przez okres przewidziany w wewnętrznych uregulowaniach administratora oraz przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji.
- 5) Administrator może przekazać dane osobowe wyłącznie upoważnionym podmiotom, tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
 - 6) osobom, które w postępowaniu podały swoje dane osobowe przysługuje:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Prawo do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
 - 7) W przypadku przekazywania Zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1-2 RODO.
 - 8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu.
 - 9) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

*Amor...
Mig*

**SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH/
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

APARATU DO ZNIECZULANIA

Lp.	PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY	Wymogi graniczne TAK/PODAĆ	Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać)
1.	Producent	Podać	
2.	Model/Typ	Podać	
3.	Rok produkcji 2022	TAK	
I. Parametry podstawowe			
4.	Aparat na podstawie jezdnej z blokadą dwóch kół z przodu aparatu	Tak	
5.	Zasilanie: AC 100- 240V, 50-60 Hz	Tak	
6.	Wbudowane manometry ciśnienia zasilania centralnego dla N ₂ O, O ₂ i AIR na płycie czołowej aparatu	Tak	
7.	Wbudowane manometry ciśnienia zasilania z butli dla N ₂ O i O ₂ na płycie czołowej aparatu	Tak	
8.	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 120 minut	Tak	
9.	4 gniazda elektryczne 230 VAC zamontowane z tyłu aparatu	Tak	
10.	Centralne zasilanie w N ₂ O, O ₂ i AIR	Tak	
11.	Awaryjne zasilanie N ₂ O, O ₂ z butli	Tak	
12.	Uchwyty do butli tlenowej i podtlenku azotu (10-litrowych) z tyłu aparatu	Tak	
13.	Składana półka z boku aparatu	Tak	
14.	3 szuflady na akcesoria, zamykane na zamek	Tak	
15.	Regulowane ramię do podtrzymania układu oddechowego pacjenta	Tak	
16.	Ośłona pokręteł przepływomierzy zapobiegająca przypadkowej zmianie nastaw	Tak	
17.	Możliwość zamontowanie dwóch parowników w systemie „SELECTATEC”	Tak	
18.	Zabezpieczenie przed jednoczesną podażą anestetyków z dwóch parowników	Tak	
II. System dystrybucji gazów			
19.	Precyzyjne mechaniczne, podświetlane przepływomierze dostosowane do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami. Podwójne przepływomierze	Tak	

Mig

	z portem Luer, 1 rury dodatkowej rozciągalnej do 1,5 m, worka oddechowego 2 l, łącznika 22M-22M, filtra oddechowego: 50 kpl.		
74.	Linia do monitorowania gazów anestetycznych, długość 3 m: 50 szt.	Tak	
75.	Parownik Sevofluran – 1 szt.	Tak	
76.	Przewody ciśnieniowe (O2 , powietrze, N2O) do zasilania aparatu	Tak	
77.	Komunikacja z aparatem w języku polskim	Tak	
78.	System ewakuacji gazów	Tak	

KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY DO APARATU DO ZNIECZULANIA – 1 szt.

Lp.	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI	Wymogi graniczne TAK/ PODAĆ	Parametry oferowane
1.	Producent	Podać	
2.	Model /typ	Podać	
3.	Rok produkcji: 2022	Tak/Podać	
Parametry ogólne			
4.	Monitor o konstrukcji kompaktowej z możliwością rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje	Tak	
5.	Moduły jednoparametrowe i niezależne, zabudowane wewnątrz urządzenia	Tak	
6.	Waga monitora z akumulatorem max. 6,5 kg	Tak/Podać	
7.	Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów)	Tak	
8.	Tryb „Stand by” i „stoper”	Tak	
9.	Funkcja wczesnego ostrzegania: minimum MEOWS, SEWS	Tak/Podać	
Ekran			
10.	Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15" o rozdzielczości ekranu minimum 1024 x 768, z możliwością jego kalibracji w dowolnym momencie przez użytkownika	Tak/Podać	
11.	Prezentacja minimum 8 krzywych dynamicznych na ekranie EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika	Tak/Podać	
12.	„Duże Liczby” prezentowanych parametrów wraz z małą krzywą dynamiczną pod wartością liczbową	Tak	
13.	Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika minimum 9 ekranów	Tak/Podać	
14.	Możliwość zmiany jasności i kontrastu przez użytkownika	Tak	
15.	Przyciski ekranowe szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien	Tak	
16.	Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne	Tak	
17.	Jeden dedykowany ekran do ustawienia wszystkich granic alarmów, z możliwością ustawienia granic ręcznie i automatycznie	Tak	

Handwritten signature

18.	Możliwość zmiany na ekranie przez użytkownika miejsca mierzonego parametru, gdzie prezentowane są wartości numeryczne	Tak	
19.	Automatyczne dostosowanie układu ekranu monitora pacjenta w zależności od podłączonych parametrów	Tak	
Obsługa			
20.	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	Tak	
21.	Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy	Tak	
22.	Obsługa bez użycia pokrętki	Tak	
Zasilanie			
23.	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC 50/60 Hz	Tak	
24.	Zasilanie z wbudowanego akumulatora minimum 60 minut pracy	Tak/Podać	
25.	Czas ładowania akumulatora: do 4 godzin	Tak/Podać	
Praca w sieci			
26.	Monitor z funkcją pracy w sieci LAN	Tak	
27.	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7	Tak	
28.	Wbudowane minimum 3 złącza USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z minimum 88-godzinną pamięcią kardiomonitora na nośnik elektroniczny i następnie do PC użytkownika	Tak/Podać	
29.	Oprogramowanie na komputery działające z systemem Windows do przeglądania wszystkich wartości cyfrowych oraz wszystkich krzywych dynamicznych przenoszonych z kardiomonitora	Tak	
Alarmy			
30.	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych	Tak	
31.	Alarmy minimum 3-stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika	Tak	
32.	Minimum 3-stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu	Tak	
33.	Jeden ekran dedykowany ekran do ustawienia wszystkich alarmów	Tak	
34.	Historia alarmów minimum 300 przypadków oraz pamięć zdarzeń arytmii	Tak/Podać	
35.	Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów	Tak	
36.	Możliwość zaprogramowania przez użytkownika typowych dla oddziału zestawów alarmów	Tak	
37.	Profile użytkownika minimum 5	Tak/Podać	
Zapamiętywanie danych			
38.	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z minimum 88 godzin. Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 4 sekundy, w celu zapewnienia dokładności odczytu	Tak/Podać	
39.	Jednoczasowa prezentacja wszystkich parametrów w trendzie graficznym	Tak/Podać	
40.	Funkcja „holterowska” minimum 6 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich minimum 88 godzin	Tak/Podać	

Wit

41.	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów na ekranie głównym, odpowiadających im wartości cyfrowych	Tak	
42.	Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi	Tak	
Pomiar EKG			
43.	Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń minimum (I, II, III, aVL) przy użyciu kabla 3-żyłowego	Tak	
44.	Możliwość wyboru 1 z 5 prędkości fal EKG (3.125; 6.25; 12.5; 25 i 50 mm/s)	Tak	
45.	- pomiar częstości pracy serca w zakresie minimum 15-290 ud./min. - zakres alarmów: minimum 15-290 ud./min	Tak/Podać	
46.	Detekcja stymulatora serca wraz ze znacznikami impulsów ze stymulatora na ekranie w kanale EKG	Tak	
47.	Analiza HR - średnia z 24h - średnia, maksymalna i minimalna z dnia - średnia, maksymalna i minimalna z nocy	Tak	
48.	Analiza HRV - odchylenie SDNN w ms - odchylenie SDNN24 w ms	Tak	
Analiza odcinka ST			
49.	Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym	Tak/Podać	
50.	Trendy ST z minimum 90 godzin.	Tak/Podać	
51.	Minimalny zakres pomiarowy: -2,0 ÷ (+)2,0 mV	Tak/Podać	
52.	Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST	Tak	
Analiza arytmii			
53.	Rozpoznawanie minimum 13 rodzajów zaburzeń w monitorze	Tak/Podać	
Oddech			
54.	Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę	Tak/Podać	
55.	Wybór elektrod do detekcji oddechu bez konieczności przepinania kabla EKG	Tak	
56.	Zakres pomiarowy częstości oddechów minimum 0-150 odd./min.	Tak/Podać	
57.	Pomiar bezdechu w zakresie minimum 5-55 sekund wraz z licznikiem bezdechu	Tak/Podać	
Pomiar nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi			
58.	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i pomiar ciągły	Tak	
59.	Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie minimum 0-8 godzin. - możliwość wykonania pomiaru automatycznego w interwale co minimum 1, 2, 3, 4, 5 minut	Tak/Podać	
60.	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP – alarmy dla każdej wartości	Tak	
61.	Zakres pomiarowy NIBP minimum 10-250 mmHg	Tak/Podać	
62.	Tryb Stazy Żylnej	Tak	
63.	Możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika	Tak	
64.	Możliwość ustawienia trybu pomiarowego dla dorosłych i noworodków	Tak	

mg

65.	Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankieta	Tak	
66.	Prezentacja czasu, w którym został wykonany ostatni pomiar ciśnienia, w polu wyników pomiaru na ekranie głównym kardiomonitora	Tak	
67.	Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych minimum 100 pomiarów (wartość skurczowa, rozkurczowa i średnia, z określeniem daty oraz godziny wykonanego pomiaru) w ekranowym menu modułu, bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia, z możliwością wydruku na drukarce laserowej	Tak/Podać	
Pomiar saturacji			
68.	Moduł SpO ₂ odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor Oximax lub Masimo	Tak	
69.	Pomiar SpO ₂ , z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO ₂ oraz tętna	Tak	
70.	Zakres pomiarowy SpO ₂ minimum 1-100% Zakres pomiarowy pulsu minimum 25-290 ud./min.	Tak/Podać	
71.	Możliwość zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO ₂ przez użytkownika	Tak	
72.	Funkcja zapobiegania fałszywym alarmom poziomu saturacji. - inteligentne opóźnienie alarmu SpO ₂ uzależnione od głębokości oraz czasu spadku wartości % SpO ₂ , włączane przez użytkownika	Tak/Podać	
73.	Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie graficznego wskaźnika jakości sygnału SpO ₂	Tak	
Pomiar temperatury			
74.	Pomiar w jednym kanale z możliwością rozbudowy o kolejne	Tak	
75.	Zakres pomiaru minimum 1-49°C	Tak/Podać	
76.	Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C	Tak/Podać	
77.	Możliwość wprowadzania przypisanych nazw etykiet w zależności od miejsca pomiaru	Tak	
Możliwość rozbudowy kardiomonitora			
78.	Możliwość w przyszłości o rozbudowę: - pomiar BIS - pomiar NMT - pomiar głębokości uśpienia qCon	Tak/Podać	
Wyposażenie			
79.	Kardiomonitor wyposażony w: - kabel EKG dla dorosłych – 1 szt. - EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia – 1 szt. - wężyk łączący mankieta z monitorem – 1 szt. - wielorazowy mankieta dla pacjentów dorosłych – 1 szt. - wielorazowy czujnik typu klips do pomiaru saturacji – 1 szt. - przewód do podłączenia czujnika saturacji – 1 szt. - czujnik temperatury – 1 szt. - uchwyt do montażu kardiomonitora do aparatu do znieczulania – 1 szt.	Tak/Podać	

M. G.

UMOWA Nr [...]/2022
(projekt)

zawarta w dniu [...] 2022 roku w Pruszkowie,

pomiędzy: Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006607, posiadającym NIP 5340012306 oraz REGON 000687617, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Wojciecha Legawca – Dyrektora,

a: [...], zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: [...] – [...],

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, lub każdy z osobna „Stroną”.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość w okresie obowiązywania niniejszej umowy nie przekracza kwoty 130.000,00 zł wyłączającej obowiązek stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”, zawarta została umowa o następującej treści, zwana dalej „Umową”.

§ 1. – Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zakup, dostawa i rozruch aparatu do znieczulania (dalej również: „Sprzęt”) wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego, na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
2. Przedmiot Umowy realizowany jest ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego.
3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
 - 1) dostawę i montaż aparatu do znieczulania o parametrach zgodnych z parametrami granicznymi urządzenia określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy – Specyfikacja parametrów technicznych aparatu do znieczulania/Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej również: „OPZ”), wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Poprzez niezbędne akcesoria Zamawiający rozumie akcesoria jednorazowe wyszczególnione w Załączniku nr 2 do Umowy – Specyfikacja parametrów technicznych aparatu do znieczulania/Opis Przedmiotu Zamówienia;
 - 2) instalację i uruchomienie dostarczonego aparatu do znieczulania;
 - 3) przeszkolenie w zakresie obsługi dostarczonego aparatu do znieczulania – zakres szkolenia określony został w Załączniku nr 2 do Umowy – Specyfikacja parametrów technicznych aparatu do znieczulania/Opis Przedmiotu Zamówienia;
 - 4) gwarancję i serwis w okresie udzielonej gwarancji, tj. [...] miesięcy (zgodnie ze złożoną Ofertą), liczonych od dnia dokonania odbioru urządzenia.
4. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego akceptację w zakresie szczegółowych wytycznych dotyczących przygotowania pomieszczeń do montażu i instalacji aparatu do znieczulania, w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
5. W przypadku stwierdzenia, że Przedmiot Umowy ma wady lub jest niezgodny z Umową, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, do czasu dostarczenia Przedmiotu Umowy zgodnego z OPZ lub wolnego od wad.
6. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot Umowy pozbawiony jest wszelkich blokad, w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy Sprzętu przez inny podmiot, w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W przypadku, gdy Sprzęt posiada blokady w postaci kodów serwisowych, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ich w dniu zakończenia okresu gwarancji i przeszkolenia osoby wskazanej przez Zamawiającego.

AM...
Woj

§ 2.

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4, w terminie do dnia [...] 2022 r. (zgodnie ze złożoną Ofertą). Pod pojęciem wykonania Przedmiotu Umowy Strony rozumieją wykonanie całości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, potwierdzonego protokołem dostawy, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego, sporządzonego wg wzoru stanowiącego *Załącznik nr 3 do Umowy* (dalej: „Protokół odbioru”), podpisanego przez przedstawicieli obu Stron.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony Przedmiot Umowy posiada stosowne deklaracje, świadectwa, certyfikaty i atesty, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy spełnia wszelkie przewidziane przepisami prawa wymagania, w szczególności dotyczące wyrobów medycznych, wymagań dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym spełnia wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1565). W tym zakresie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie następstwa niespełnienia przez przedmiot zamówienia wymagań prawa powszechnego.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym koszt cła i opłat celnych – jeśli takie wystąpią.
5. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie materiały, które zostaną użyte do uruchomienia aparatu, spełniają wymagania określone w prawie polskim i posiadają atesty, certyfikaty, zaświadczenia i dopuszczenia do stosowania.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami, etyką zawodową oraz postanowieniami Umowy.
7. Zamawiający wymaga, aby dostawa i montaż Przedmiotu Umowy nastąpiły w dniach i godzinach pracy Zamawiającego (tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 7:30, a 15:05). O szczegółowym terminie rozpoczęcia dostawy i montażu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem dostarczenia Przedmiotu Umowy.
8. Zamawiający zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do pomieszczeń, gdzie Przedmiot Umowy będzie złożony i zainstalowany. Dostęp do tych pomieszczeń będą miały wyłącznie osoby działające na rzecz Wykonawcy i wskazane przez niego w formie pisemnej oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego. Pisemny wykaz osób działających na rzecz Wykonawcy, Wykonawca ma obowiązek doręczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac.
9. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym ryzyko utraty lub uszkodzenia, do czasu jego uruchomienia w miejscu przez niego wyznaczonym i odebrania przez Zamawiającego.

§ 3.

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości [...] zł brutto (słownie: [...]) – dalej Wynagrodzenie.
2. Płatność Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, co nastąpi po podpisaniu przez Strony protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego.
3. Fakturę VAT (oryginał) należy dostarczyć do Zamawiającego w jednej z niżej podanych form:
 - 1) osobiście do kancelarii Zamawiającego (budynek Dyrekcji, parter – hol główny);
 - 2) drogą pocztową/pocztą kurierską na adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków;
 - 3) drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). Dane skrzynki PEPPOL (e-Faktura) Zamawiającego:
 - nazwa skrzynki: MSCZ w Pruszkowie, ul. Partyzantów2/4, 05 – 802 Pruszków,

A. Mordek
Kuj

– numer PEPPOL: 5340012306.

4. Płatność Wynagrodzenia zostanie dokonana na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze VAT.
5. Jaka datę zapłaty faktury VAT rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Na fakturze VAT poza elementami wymaganymi przez przepisy powszechnie obowiązujące Wykonawca zobowiązuje się wskazać numer Umowy oraz PKWiU.
7. Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym nastąpi w PLN.
8. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, ani rozporządzać nimi w jakiegokolwiek prawem przewidzianej formie, w szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki itp.). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego z osobą trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej czynności prawnej, rodzącej takie same lub podobne skutki. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem powyższych zasad jest nieważna.
9. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze VAT widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.) (tzw. biała lista podatników VAT).
10. Zamawiający zachowuje prawo dokonania weryfikacji w dniu zlecenia płatności, czy numer rachunku bankowego Wykonawcy widnieje w wykazie podmiotów, o którym mowa w ust. 9 powyżej.
11. W przypadku braku ujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podmiotów VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do momentu pisemnego poinformowania przez Wykonawcę o ujawnieniu właściwego rachunku bankowego Wykonawcy w tym rejestrze, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania zapłaty odsetek za opóźnienie spowodowane brakiem ujawnienia jego rachunku bankowego w rejestrze.
12. Strony potwierdzają, iż we wzajemnych stosunkach przyjęły zasadę pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowe określenie stawki VAT. Tym samym Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego zastosowania stawki VAT. Obowiązek naprawienia szkody dotyczy w szczególności pokrycia: ewentualnych zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłat sankcyjnych powstałych w wyniku zastosowania stawki wskazanej wyżej, a także odszkodowań, które Zamawiający będzie zobowiązana wypłacić z tego tytułu innym podmiotom.

§ 4.

1. W dniu podpisania Protokołu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację dotyczącą dostarczonego i uruchomionego u Zamawiającego aparatu do znieczulania w języku polskim.
2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, składać się będzie w szczególności z:
 - 1) instrukcji obsługi wraz z parametrami technicznymi do znieczulania określonymi przez producenta;
 - 2) oznakowania stref bezpieczeństwa;
 - 3) harmonogramu obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych z określeniem czasu trwania jednego przeglądu;
 - 4) wykazu materiałów zużywalnych, niezbędnych dla bieżącej eksploatacji Przedmiotu Umowy;
 - 5) wykazu części zamiennych (wraz z ilustracjami), koniecznych do wymiany przy przeglądach aparatu do znieczulania;
 - 6) protokołu uruchomienia aparatu do znieczulania i urządzeń dodatkowych;
 - 7) potwierdzenia sprawności i bezpieczeństwa urządzenia;
 - 8) karty gwarancyjnej;
 - 9) deklaracji, świadectw, certyfikatów i atestów – wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

A. Malinowski
liq

- 10) paszportu urzędzenia.
3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, zobowiązany jest przeszkolić i wystawić imienne certyfikaty w zakresie obsługi aparatu do znieczulania, zgodnie z OPZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Wynagrodzenia do aktualizacji dokumentacji, o której mowa w ust. 2 i przekazania jej Zamawiającemu.
5. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym aparacie do znieczulania, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie naprawi lub wymieni wadliwy towar na wolny od wad.

§ 5.

1. Wykonawca oświadcza, że sprzęt objęty Przedmiotem Umowy spełnia wymagania określne w *Specyfikacji parametrów technicznych aparatu do znieczulania/Opis Przedmiotu Zamówienia* oraz wymagania określne w obowiązujących przepisach prawa, jest fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, nie jest powystawowy i jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, a do jego stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych akcesoriów i elementów.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu [...]miesięcznej (zgodnie ze złożoną Ofertą) pisemnej gwarancji, liczonej od dnia podpisania Protokołu odbioru aparatu do znieczulania. Okres gwarancji obejmuje całość Przedmiotu Umowy w sposób nierozdzielny. Szczegółowe warunki gwarancji zostały przewidziane w OPZ oraz *Załączniku nr 4 do Umowy – Szczegółowe warunki gwarancji*, z tym zastrzeżeniem, iż gwarancją nie są objęte:
 - 1) uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu, wynikłe na skutek:
 - a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem;
 - b) niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu;
 - c) mechanicznego uszkodzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołwane nim wady;
 - d) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
 - 2) uszkodzenie spowodowane zdarzeniami losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).
3. W okresie gwarancji Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, zobowiązany jest do wykonywania przeglądów w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 Umowy, których wykonanie winno być potwierdzone protokołem podpisanym przez obie Strony.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. W ciągu 2 miesięcy przed terminem upływu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd Przedmiotu Umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu pogwarancyjnego.
6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu wykaz bieżących i okresowych zasad postępowania z aparatem do znieczulania w okresie pogwarancyjnym.
7. Za wady aparatu do znieczulania Wykonawca ponosi także odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi odpowiada okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, o którym mowa w ust. 2.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia warunków gwarancji lub nie zastosuje się do powyższych postanowień – Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad/usterek w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie Umowy. W takich przypadkach Zamawiający ma prawo zaangażowania innego wykonawcy posiadającego autoryzację wytwórcy do usunięcia wad/usterek, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty związane z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.

§ 6.

Handwritten signatures:
M. Malach
K. Kuj

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, tj. kwotę [...] zł (słownie: [...]).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie [...].
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:
 - 1) 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony Protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 1, bez zastrzeżeń,
 - 2) 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, w wysokości zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, za zgodą Zamawiającego.

§ 7.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - 1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy – kara umowna w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1;
 - 2) za nieterminowe usunięcie wad – kara umowna w wysokości 0,1% wartości Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie;
 - 3) w przypadku niewykonania zaleconych przez producenta urządzeń przeglądów – kara umowna w wysokości 0,2% wartości Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania przeglądu zalecanego przez producenta urządzeń;
 - 4) za odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – kara umowna w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
 - 5) za każdorazowy brak udostępnienia kodów serwisowych, o których mowa w § 1 ust. 6 Umowy – kara umowna w wysokości 5% wartości Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Strony ustalają, że termin płatności kary umownej wynosi 7 dni. Kara umowna może zostać rozliczona poprzez potrącenie z przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary umowne są niezależne od siebie i podlegają kumulacji, z tym, że maksymalna wysokość kar umownych, dochodzonych przez Zamawiającego wynosi 10% wartości Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

§ 8.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Z uwzględnieniem przypadków wskazanych w treści Umowy, Zamawiający ma również prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
 - 1) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy;

Malach
liq

- 2) gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania Umowy przez okres 14 dni, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - 3) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania;
 - 4) nieprzedłużenia polisy na zasadach określonych w § 12 Umowy lub utraty przez Wykonawcę ubezpieczenia OC w trakcie obowiązywania Umowy;
 - 5) gdy Wykonawca dostarczył aparat do znieczulania niezgodny z wymaganiami *Specyfikacji parametrów technicznych aparatu do znieczulania/Opis Przedmiotu Zamówienia* i niniejszą Umową i pomimo pisemnego wezwania w terminie 30 dni nie dokonał wymiany na Sprzęt zgodny z wymaganiami ww. dokumentów;
 - 6) gdy Wykonawca nie dotrzyma ustalonego terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 i nie wykona Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni.
3. Odstąpienie od Umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

§ 9.

1. Zamawiający przewiduje w szczególności następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej Umowy:
 - 1) zmiany wartości Umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685), przy czym zmianie ulega w takim przypadku wartość brutto Umowy, a wartość netto Umowy pozostaje bez zmian;
 - 2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy wynikająca z działania siły wyższej, o której mowa w ust. 2;
 - 3) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku opóźnienia po stronie Zamawiającego - przedłużenie terminu obejmować będzie wyłącznie okres opóźnienia.
2. Przez siłę wyższą należy rozumieć: wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przewyżczyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. W szczególności za siłę wyższą uznaje się klęski żywiołowe takie jak powodzie, pożary, huragany, epidemie, inne zdarzenia spowodowane siłami przyrody, strajki, zamieszki, rozruchy, działania o charakterze zbrojnym, a także działania władz publicznych, na które Wykonawca nie ma wpływu, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac. Strona, która powołuje się na wystąpienie siły wyższej, musi niezwłocznie poinformować drugą Stronę o tym fakcie.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym, że nie są traktowane jako zmiana Umowy zmiany osób wskazanych w § 13 ust. 5, która odbywa się w drodze pisemnego zawiadomienia.

§ 10. – Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w trybie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.
3. Z pełną Informacją Administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, można zapoznać się w siedzibie administratora.

§ 11.

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości Przedmiotu Umowy podwykonawcom.

2. Zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie tej części Przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.
4. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie stwarza żadnych stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Zamawiającym i którymkolwiek z podwykonawców, a w szczególności w zakresie odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za dokonane przez podwykonawców czynności.
5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, przedstawienia kompletnej listy zaangażowanych podwykonawców oraz do aktualizacji tej listy w toku realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię umowy z podwykonawcą, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
6. Wykonawca zapewni, że wszystkie umowy podwykonawcze będą zawierały analogiczne postanowienia w zakresie licencji, jak określono to w niniejszej Umowie.

§ 12.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł przez cały okres obowiązywania Umowy lub odnawiać to ubezpieczenie i przedkładać Zamawiającemu kopię aktualnej polisy wraz z dowodem jej opłacenia, w terminie 7 dni od upływu ważności poprzedniej polisy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do okazania oryginałów przedmiotowych umów ubezpieczenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania właściwego żądania.

§ 13.

1. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku braku dojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu, miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, naprawczego i likwidacyjnego, a także o zmianach adresu wskazanego w komparycji Umowy.
4. W przypadku nie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej o zmianie adresu, pisma wysłane na adres wskazany w komparycji Umowy uważa się za dostarczone do adresata.
5. Do nadzoru, bieżącej współpracy i koordynacji w wykonywaniu Przedmiotu Umowy upoważnia się:
 - 1) ze strony Zamawiającego: Dariusza Błażejewskiego, e-mail: dariusz.blazejewski@mscz.pl, tel. +48 697 063 158;
 - 2) ze strony Wykonawcy: [...], e-mail: [...], tel. [...].
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące, dotyczące lub związane z Przedmiotem Umowy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
8. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych aparatu do znieczulania/Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru

Załącznik nr 4 – Szczegółowe warunki gwarancji

Atalca
Mich

..... dn. r.

Wykonawca:

(nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy lub nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców)
reprezentowany przez:

WYKAZ DOSTAW*

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wcześniej, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia	Termin wykonania	Nazwa i adres zamawiającego, tj. podmiotu, z którym wykonawca zawarł umowę
1.				

***do niniejszego wykazu należy załączyć dowody (referencje bądź inne dokumenty) potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie**

.....
(podpisy osób prawnie umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

